

Z/1/19

Wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ambulansu typu C

Odpowiadając na przesłane zapytania jednego z Wykonawców, poniżej odpowiadamy co następuje:

Pyt. Nr 1 Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności, wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta, będącego na wyposażeniu wielu ambulansów w Polsce i na świecie o następujących parametrach:

- *kabel 4-ro i 6-cio żyłowy do pomiaru 12-odprowadzeniowego EKG;*
- *mankiet do pomiaru ciśnienia krwi wielokrotnego użytku dla dorosłych i dla dzieci plus wraz wężykiem połączeniowym;*
- *ładowarka wbudowana w urządzenie. Każdorazowe wpięcie urządzenia w uchwyt karetkowy powoduje ładowanie baterii;*
- *kabel terapeutyczny ze złączem do elektrod defibrylacyjno-stymulacyjnych*

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Ad. 1

Tak. Zamawiający dopuści na zasadach równoważności takie rozwiązania.

Pyt. 2 Prosimy o zmianę zapisu siwz :

(...)Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy –do 3 dni roboczych(..)

Na zapis:

(...)Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 10 dni roboczych(..)

Ad. 2

Zamawiający odmawia wniesienia zmian w SIWZ.

Prezes Zarządu
/-/ Dorota Glinicka