

ZP/2/18

Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 2 szt. ambulansów typu C.

W odpowiedzi na przesłane zapytanie jednego z Wykonawców, poniżej odpowiadamy co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści nasze główne bez dodatkowych rączek bariatrycznych ale o takiej konstrukcji ramy, która umożliwi przeniesie noszy przez większą liczbę osób niż 4, brak dodatkowych rączek pozytywnie wpłynie na wycenę końcową?

Ad. 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nasze główne wyposażone w wskaźnik serwisowy w postaci wskazującej konieczność wykonania przeglądu okresowego tabliczki znamionowej, na której umieszczana jest data następnego przeglądu okresowego?

Ad. 2.

Tak, Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Pytanie nr 3

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ambulansem noszy reanimacyjnych spełniających zharmonizowane polskie normy PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31.01.2018 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 16.03.2018, dodatkowo pytamy czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z w/w normami tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, że spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego?

Jednocześnie pragniemy poinformować, że system prawny wprowadzający i harmonizujący normy prawne m. in. wymienione PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 nie uwzględnia funkcjonowania norm zastępczych czy równoważnych względem norm zharmonizowanych.

Dodatkowo informujemy, że posiadanie sprzętu medycznego niezgodnego ze zharmonizowanymi polskimi normami może skutkować karami nałożonymi przez NFZ do rozwiązania umowy włącznie.

Ad. 3.

Wykaz dokumentów jakie Wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą został wskazany w pkt. 6 i 7 specyfikacji. Jednocześnie w pk. 3.4. specyfikacji wskazane zostało, jakie dokumenty Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia ma dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia. Reasumując, dostarczone nosze reanimacyjne muszą spełniać zharmonizowane polskie normy PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i właściwe normy należy dołączyć wraz z ambulansem.

Dorota Glinicka Prezes Zarządu ZOZ Legionowo sp. z o.o.

