

ZP/2/18

Wyjaśnienie Nr 6 do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 2 szt. ambulansów typu C.

W odpowiedzi na przesłane zapytanie jednego z Wykonawców, poniżej odpowiadamy co następuje:

Pyt. Nr 1.

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans z pełną przegrodą oddzielającą kabinę kierowcy od przedziału dla pacjenta?

Ad. 1.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pełnej przegrody nie wyposażonej w otwierane drzwi.

Pyt. Nr 2.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w podstawę noszy z miejscem na mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych?

Ad. 2.

Tak ale pod warunkiem, że zmieści się tam deska uzbrojona w podkładkę do montażu systemu unieruchamiającego głowę pacjenta.

Pyt. Nr 3.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w świetlik dachowy bez możliwości jego otwierania?

Ad. 3.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pyt. Nr 4.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w oświetlenie specjalne, tj. reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Informacja o włączonych reflektorach zewnętrznych jest ukazana na panelu sterującym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym jak również sygnalizowana jest alarmem dźwiękowym.

Ad. 4.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. Nr 5.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony po prawej stronie w fotel obrotowy ze składanym siedziskiem, wyposażony w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, bez systemu przesuwu wzdłuż noszy.

Ad. 5.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. Nr 6.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w fotel ze składanym siedziskiem, wyposażony w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

i zagłówek na ścianie grodziowej. Rozwiązanie takie zwiększa powierzchnię przestrzeni przedziału medycznego oraz blatu roboczego.

Ad. 6.

Tak, pod warunkiem że fotel będzie miał możliwość obrotu i dosunięcia do wezłowania noszy.

Pyt. Nr 7.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w zabudowę meblową na ściankach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,*
- półki podsufitowe z nie przezroczystymi drzwiczkami i bez podświetlenia. Drzwiczki oznakowane znakami graficznymi odpowiednimi dla przechowywanego tam wyposażenia,*
- na ścianie grodziowej zamykany schowek na środki psychotropowe z mechanicznym zamknięciem.*

Ad. 7.

Zamawiający dokładnie sprecyzował minimalną oczekiwaną zabudowę przedziału medycznego i oczekuje ich spełnienia w całości.