

Legionowo, dn. 28.11.2022

## Odowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ (cz. I)

### Dotyczy:

przetargu nieograniczonego **Nr postępowania: ZP/3/2022** na : „Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz kardiomonitatorów-defibrylatorów”

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) INFORMUJE, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do kompresji klatki piersiowej o poniższych parametrach:

<b>Zadanie nr 2</b>	
<b>Urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej - 1 szt.</b>	
<b>Urządzenie do kompresji klatki piersiowej</b>	
1	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, fabrycznie nowe - rok produkcji 2021 rok.
2	1.Tryb pracy 30: 2 : (Po 30-krotnym ucisku urządzenie jest wstrzymywane na 3 sekundy w celu wentylacji). 2.Tryb ciągły (kompresja ciągła)
3	Cykl pracy kompresji 50% +/-5%
4	Działanie urządzenia w pełni elektryczne
5	Głębokość i częstotliwość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość w zakresie – od 3 do 5,5 cm (Stała głębokość wynosi 52±2 mm) Częstość uciśnień regulowana manualnie w zakresie od 100 do 120 uc./min.
6	Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny i zasilanie sieciowe
7	Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania 100-240VAC i 50Hz/60Hz;
8	Dodatkowe funkcje - kompresja 3D
9	Możliwość stosowania urządzenia przy ułożeniu pacjenta i urządzenia pod kątem 45°
10	Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: do 60 min.

11	Możliwość wykonania defibrylacji za pomocą tzw. manualnych łyżek defibrylacyjnych bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
12	Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą lub plecakiem < 12 kg
13	Interfejsy danych: USB, Bluetooth, Wi-fi
14	Wyposażenie urządzenia: <ul style="list-style-type: none"><li>• plecak</li><li>• podkładka uciskowa</li><li>• pas do unieruchomiania tułowia</li><li>• kabel komunikacyjny</li><li>• akumulator</li><li>• zasilacz sieciowy wraz z przewodem zasilającym</li><li>• jednostka sterująca</li></ul>
15	Wszystkie dostarczone z urządzeniem akcesoria wyszczególnione w deklaracji zgodności oraz opisane w instrukcji obsługi urządzenia
16	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
17	Deklaracja zgodności lub certyfikat CE
18	Okres gwarancji 24 miesiące, w okresie obowiązywania gwarancji jeden przegląd w cenie po 12 miesiącach użytkowania

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, że w punkcie 1 tabeli nastąpiła omyłka pisarska. Wymagany rok produkcji urządzenia min. - 2022.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

PREZES Zarządu  
ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.  
Dorota Glinicka