

Legionowo, dn. 30.11.2022

## **Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja treści SWZ (cz. I)**

Dotyczy:

**Nr postępowania:** ZP/2/2022 na : „Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem”

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) INFORMUJE, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### **Zadanie nr 2**

Dotyczy: RESPIRATOR TRANSPORTOWY

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora z płynną regulacją objętości oddechowej w zakresie od 70 do 1500 ml ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora posiadającego dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninę oddechowej w trybie IPPV/CMV tj.: 100% i 50% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora z zakresem przepływu w trybie automatycznym od 8 do 39 l/min ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

PREZES Zarządu  
ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.  
Dorota Glincka